



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕНСОР", Место нахождения: 442960, Россия, область Пензенская, г. Заречный, ул. Промышленная, Строение 5 , ОГРН: 1025801498205, Номер телефона: +7 8412652100, Адрес электронной почты: info@nppsensorg.ru

В лице: Генеральный директор Мизгунов Юрий Анатольевич

заявляет, что Уровнемеры «СЕНС У», Уровнемеры «СЕНС У», описание продукции: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕНСОР", Место нахождения: 442960, Россия, область Пензенская, г. Заречный, ул. Промышленная, Строение 5 , Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 442960, Россия, область Пензенская, г. Заречный, ул. Промышленная, Строение 5
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с СЕНС.407629.003 ТУ

Уровнемеры «СЕНС У»
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9026102900
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 746-01/23 выдан 18.12.2023 испытательной лабораторией "АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» (ИЛ ЭМС АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени. М.В. Проценко») "; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008), "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний", Статья 4, абзац третий; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004), "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний", Статья 4, абзац третий.; Условия и сроки хранения: Условия хранения в нераспакованном виде - 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С. Условия хранения в распакованном виде - I (Л) по ГОСТ 15150. Назначенный срок службы – 15 лет, назначенный срок хранения – 15 лет (включается в срок службы)

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.12.2028
включительно



М.П.

Мизгунов Юрий Анатольевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.99761/23

Дата регистрации декларации о соответствии:

26.12.2023